

CHLOREČNAN - standard pro IC

Roztok připravený k okamžitému použití ("ready to use")

Vzorec: ClO_3^-

- Roztok připraven z vysoce čistého materiálu dle ISO Guide 34 v akreditovaném prostředí
- Testován v laboratoři akreditované dle ISO/IEC 17025
- Obsah je stanoven gravimetricky a pomocí IC
- Součástí balení je detailní analýza a chromatogram příslušné šarže
- "Traceable to SRM from NIST."

Koncentrace (mg/l)	Iont	Matrice	Balení	Katalogové číslo
1 000	ClO_3^-	H_2O	100 ml	R.8171.1
1 000	ClO_3^-	H_2O	500 ml	R.8171.2