

DUSIČNAN AMONNÝ modifikátor matrice pro GF AAS

Pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

CAS: 6484-52-2

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn; 1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření



Čistota	Balení	Katalogové číslo
50 g/l NH_4NO_3 (99,999 %) v H_2O	50 ml	R.5145.1