

## DUSIČNAN HOŘEČNATÝ modifikátor matrice pro GF AAS

Pro atomovou absorpční spektroskopii v grafitové peci (kyvetě)

**CAS:** 13446-18-9

- Až 70 stopových nečistot stanovených v ppm rozsahu či nižším
- Garantovaná přesnost +mn; 1 %
- Expirace: 24 měsíců neotevřená láhev, 12 měsíců od otevření



| Čistota                                                             | Balení | Katalogové číslo |
|---------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| 10 g/l $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ (99,999 %) v $\text{H}_2\text{O}$ | 50 ml  | R.5140.1         |
| 20 g/l $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ (99,999 %) v $\text{H}_2\text{O}$ | 50 ml  | R.5142.1         |